

## **Atmintinė. Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimui**

Specialaus pasiruošimo magnetinio rezonanso tomografijos tyrimui nereikia.

### **Kontraindikacijos magnetinio rezonanso tyrimui:**

- metaliniai implantai (kurių sudėtyje yra geležies, nikelio, kobalto);
- širdies stimulatorius, poodinis širdies defibriliatorius, insulino, morfijaus ir kitų vaistų pompos;
- metalinės kabutės po operacijų;
- smegenų skysčio drenas;
- dirbtiniai širdies vožtuvai arba kraujagyslių implantai (filtrai, kateteriai, stentai);
- akių, ausų implantai, sąnarių arba galūnių implantai;
- metaliniai implantai, naudojami kaulų lūžiams gydyti;
- svetimkūniai organizme - skeveldros, kulkos ir kt.;
- bet koks kitas nepaminėtas elektroninis, mechaninis ar magnetinis implantuos;
- uždarų patalpų baimė;
- paciento masė, didesnė negu 125 kg;
- reliatyvi kontraindikacija - nėštumas (pirmos 12 sav.) ir laktacijos periodas.